

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói mua sắm giường y tế để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm giường y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba
- Địa chỉ: Khu 11 TT Thanh Ba, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Phan Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: TP Tài chính kế toán
- Số điện thoại: 0912473848
- Email: thuyhangtckthahoa@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, địa chỉ: Trung tâm y tế h khu vực Thanh Ba, Khu 11 TT Thanh Ba, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email: thuyhangtckthahoa@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h ngày 28 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm gồm:

TT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường Y tế (Giường sơ sinh)	Thông số kỹ thuật -KT (dài x rộng x cao) 88x45x95 cm -Độ cao nôi nằm của trẻ so với mặt đất 80cm -Kích thước nôi (DxRx C) 69x45x16 cm -Chiều cao thành giường 17cm -Độ dày mica mặt giường >=5mm	Cái	01

		-Độ dày đệm giường 2cm - Có bánh xe đi chuyển		
2	Giường Y tế (Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh)	I. YÊU CẦU CHUNG. - Số lượng: 01 cái - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: năm 2025 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới $\geq 30^{\circ}\text{C}$. Độ ẩm tối đa tới $\geq 80\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH -Giường đa năng cho trẻ sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho một máy: 01 bộ, bao gồm: -Nôi có thành bảo vệ gấp xuống được 3 mặt 01 cái -Khay để dụng cụ/đồ dùng 01 cái -Thanh đốt sưởi 01 cái Sensor đo nhiệt độ da trẻ 01 cái -Sensor đo nhiệt độ môi trường 01 cái -Đèn chiếu vàng da chiếu trên có -Đèn chiếu vàng da chiếu dưới có -Đèn chiếu sáng hỗ trợ điều trị có -Móc treo dây truyền dịch 01 cái -Đệm không cản quang 01 cái III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 1. Đặc tính chung -Công nghệ vi xử lý và kỹ thuật số để kiểm soát, cài đặt thông số, báo động và hiển thị; -Miếng bọc sensor đầu nhiệt không hấp thụ nhiệt bức xạ; -Bộ phát năng lượng sưởi ấm là thanh đốt nhiệt có thể thay thế; -Có khả năng gắn thêm các phụ kiện để đặt bơm tiêm điện, monitor... -Tự động điều chỉnh năng lượng sưởi ấm theo sự thay đổi thân nhiệt của trẻ và nhiệt độ môi trường; -Chế độ sưởi an toàn khi cảm biến bề mặt da bị đặt ra ngoài bệnh nhi; -Chiếu vàng da kép trên và dưới; -Lựa chọn chế độ chiếu vàng da độc lập trên/dưới hoặc chiếu đồng thời; -Điều chỉnh tăng giảm cường độ đèn chiếu vàng da cùng đồng hồ hiển thị thời gian chiếu; -Điều chỉnh chủ động nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ sưởi tiếp xúc da bệnh nhi;	Cái	01

		-Đầu sưởi/đèn chiếu vàng da có thể xoay góc 180^0; -Độ nghiêng đầu sưởi/chiếu vàng da có thể điều chỉnh tới 45^0 -Khoảng cách từ đệm đến đầu sưởi/chiếu vàng da có thể điều chỉnh trong khoảng 54-74 cm; -Chiều cao đầu sưởi/chiếu vàng da tính từ mặt đất thay đổi được trong khoảng 160-180cm; -Đệm không cản quang, có thể chụp X-quang ngay tại giường. -Nôi nằm của trẻ có thành bảo vệ bằng vật liệu mica trong suốt, có thể gấp xuống 3 mặt. -Độ cao nôi nằm của trẻ so với mặt đất: $\geq 85\text{cm}$; -Trang bị đèn chiếu sáng hỗ trợ điều trị/thủ thuật. -Giường được di chuyển bằng 04 bánh xe có khóa; -Giường có tay nắm hai bên. 2. Điều khiển và hiển thị: -Giường có các chức năng cơ bản sau: ▪ Theo dõi nhiệt độ da bệnh nhi, nhiệt độ môi trường ; ▪ Chiếu điều trị vàng da kép trên/dưới ▪ Điều khiển năng lượng nhiệt sưởi với các chế độ: tự động và bằng tay; ▪ Điều khiển cường độ đèn chiếu vàng da: bằng tay; ▪ Công tắc tắt/ bật đèn chiếu sáng nôi. – Thông số hiển thị ▪ Nhiệt độ cài đặt ; ▪ Nhiệt độ bề mặt da bệnh nhi thực tế ; ▪ Nhiệt độ môi trường ; ▪ Mức năng lượng sưởi ấm; ▪ Cảnh báo lỗi ▪ Thời gian chiếu đèn điều trị vàng da 3. Các thông số - chế độ cảnh báo: -Nhiệt độ da bệnh nhi cao hơn giá trị đặt $0,3^0\text{C}$ -Nhiệt độ da bệnh nhi thấp hơn giá trị đặt 2^0C -Cảm biến đứt/tuột/hỏng -Nhiệt độ da bệnh nhi không cao hơn nhiệt độ môi trường ít nhất $0,2^0\text{C}$. -Chế độ cảnh báo: ▪ Báo động bằng âm thanh, ánh sáng ▪ Cảnh báo trên màn hình hiển thị 4. Các thông số vật lý: – Có thể điều chỉnh độ cao của đầu sưởi/đèn chiếu trong khoảng 20cm	
--	--	---	--

		- Độ cao nôi nằm của trẻ so với mặt đất: khoảng 87cm - Nôi có kích thước khoảng 47cm x 71cm 5. Thông số bộ hiển thị công suất sưởi ấm và chiếu vàng da: - Công suất của đầu sưởi: $\geq 300W$ - Dải nhiệt độ đặt khoảng: từ $32^{\circ}C$ - $39^{\circ}C$ - Dải nhiệt độ đo khoảng: $0^{\circ}C$ - $40^{\circ}C$ - Độ phân giải đo lường: $0,125^{\circ}C$ - Dải chiều chỉnh mức công suất sưởi ấm khoảng: từ 0% đến 100%. - Phổ bức xạ đèn chiếu vàng da ▪ Dải tổng 410-500 nm ▪ Dải cường độ trên 10%: 430-480nm ▪ Đỉnh tại bước sóng 457,5 nm - Đèn chiếu vàng da: ▪ Công suất bóng: Đèn chiếu trên: $\geq 3watt$ Đèn chiếu dưới: $\geq 1watt$ ▪ Tuổi thọ bóng: ≥ 50.000 giờ ▪ Cường độ bức xạ trung bình + Mức cao nhất: Trên $60 uW/cm^2/nm$ tại khoảng cách 70cm tính từ đèn tới bệnh nhi. + Mức thấp nhất: $12 uW/cm^2/nm$ tại khoảng cách 70cm tính từ đèn tới bệnh nhi. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu - Nhà cung cấp phải có giấy phép bán hàng hợp pháp của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền của đại lý phân phối thiết bị tại Việt Nam - Giao hàng, lắp đặt, đào tạo thành thạo cho người sử dụng tại Bệnh viện - Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì bằng tiếng Việt - Cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế trong thời gian 10 năm sau khi bán hàng - Cung cấp các dịch vụ bảo trì trong 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai		
--	--	---	--	--

		- Nhà cung cấp có giấy lưu hành sản phẩm - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.		
	Cộng: 02 khoản			

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển và giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm y tế khu vực Thanh Ba.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày báo giá.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, KD.

GIÁM ĐỐC



Vương Trường Thái
